

Ekonomiavdelningen
Tomas Grundström
E-post: tomas.grundstrom@regionjh.se

2026-06-01

RS/991/2025

Beslut om användning av pott för oförutsedda investeringar i investeringsbudget 2026/CO2 inkubator /LAB

Ärendebeskrivning

Nuvarande inkubator föråldrad, inköpt 2014. Inkubator uppvisar begynnande tecken på haveri. En reparation är kostsam och en fortsatt stabil drift kan inte garanteras efter åtgärd. Det föreligger problem med dörrens täthet (påverkan av värme/kyla), vilket leder till kondensbildning på glasdörren. Temperaturstabiliteten kan därmed inte säkerställas. MTA rekommenderade inköp av nytt skåp.

Investeringen har tidigare äskats i Permit men där angavs inget utbytesår beroende på att behovet inte kunde fastställas.

Redundans saknas avseende CO2-inkubator, där inkubering av agarplattor sker över natt för att upprätthålla diagnostiken inom det mikrobiologiska laboratoriet. Om diagnostiken inte kan upprätthållas föreligger risker inom hälso- och sjukvården kopplade till mikrobiologiska analyser, såsom blod-, luftvägs- och urinodlingar. Detta kan i sin tur påverka handläggning av infektioner inom vården.

Investeringsrådet har behandlat ärendet per capsulam den 26/5 2026 och föreslår att inköpet beviljas på grund av att investeringen är väsentligt avgörande för verksamheten.

För att möjliggöra genomförandet av investeringen föreslår rådet att den finansieras som en oförutsedd investering genom potten för oförutsedda investeringar.

Bifogar ansökan samt offert.

Beslutsunderlag

Inskickat av Maria Enberg.

Delegationsbestämmelse och delegation

Regionstyrelsens delegationsbestämmelser punkt 4.1.11 Beslut om användning av pott för oförutsedda investeringar.

Beslut

Regiondirektören beslutar

1. Godkänna inköpet av en CO2 inkubator.
2. 109 300 kr motsvarande kostnaden för investeringen finansieras från potten för oförutsedda investeringar år 2026.

Sara Lewerentz
Regiondirektör

Anmälan

Beslutet anmäls till regionstyrelsen 15 juni 2026

Utdrag till

Tomas Grundström/Kristoffer Bergner/Linnea Gustavsson