

## Ansökan om medel ur akut haveripott eller omdisponering inom investeringsbudget (Obs! Skickas som WORD-dokument, ej PDF)

<p>Ansökan ska vara komplett ifylld och rymmas <b>på en sida</b>. Blanketten delges regionstyrelsen. Skickas till investeringsrådets sekreterare <a href="mailto:georgios.bitsakis@regionjh.se">georgios.bitsakis@regionjh.se</a></p> <p>Obs att investeringen måste ha kommunicerats med upphandlingsenheten och MTA och/eller fastighet innan ansökan lämnas in.</p>	
<p>Investeringsobjekt och belopp (kr): 700 000 kr ?</p> <p>Har investeringen äskats i något års investeringsplan? Ja</p>	<p>Finns offert som kan bifogas ansökan? Nej Om inte: Upphandling måste göras. Tidigare lovad drygt 300 tkr/apparat av GE</p> <p>Vad grundas äskad investeringskostnad på?</p> <p>Om "ja", ange vilket år: 2018 och delvis år 2019</p> <p>Om "nej", ange varför och när investeringen blir helt avskriven:</p>
<p>Upphandling har kontaktats <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Upphandling har inte kontaktats <input type="checkbox"/></p>	<p>Ja, Vem på upphandling har kontaktats? Anna-Karin Svensson</p>
<p>Har MTA och/eller fastighet kontaktats? <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Om investeringen avser medicinteknisk utrustning och/eller kräver fastighetsinvesteringar ska MTA och/eller fastighet kontaktas <b>innan</b> ansökan lämnas in.</p> <p>Ange vilken sakkunnig ingenjör/tekniker som har kontaktats:</p> <p>Ange anläggningsnr/id-nr i anläggningsregistret för utrustning som ska ersättas:</p>
<p>Område:</p>	<p><b>Kvinna</b></p>
<p>Motiv:</p>	<p>Området planerade utbyte av två ultraljudsapparater år 2018. Detta utbyte uppskötts till år 2019 pga dålig ekonomi i regionen. Verksamheten orkade inte ta tag i detta under våren då det måste vara en upphandling av ultraljudsapparater. Under hösten stängdes investeringarna.</p>

	<p>Verksamheten har 3 ultraljudsapparater vid gynmottagningen och 1 vid Kvinnohälsan som är ca 12-13 år.</p> <p>Området önskar därför att omfördela beviljade medel (700 tkr) för inköp av laparoskop med kamera mm till inköp av 2 ultraljudsapparater år 2020.</p> <p>Dessa båda ultraljudsapparaterna ska bytas ut mot två befintliga. Se ovan.</p> <p>Området har idag ett laparoskop med kamera mm. Vi lagade detta i 2019. Området anser att vi klarar oss med vårt befintliga laparoskop tills vidare. Det finns möjlighet att laga det igen samt låna av kirurgområdet.</p>
<p>Konsekvens om investeringen inte genomförs:</p>	<p>Området har flera riktigt dåliga gynekologiska ultraljudsapparater. Om verksamheten inte kan byta ut några av dessa så är det ökad risk för extra mottagningsbesök för patienten. Verksamheten kan också vid ökade problem få dagligen minska med mottagning vid 1-2 undersökningsrum. Vid mer än 90% av gynmottagningens patienter görs ett ultraljud i samband med besöket.</p> <p>Om 700 000kr inte räcker får området betala ev mellanskillnad med pengar från driftbudgeten</p>

<p>Övrigt:</p>	<p>Området har ansökt och muntligen halvt lovat att få inköpa 2 stora ultraljudsapparater år 2021 samt 2 mindre gynekologiska ultraljudsapparater. Det finns inga avtal för någon av dessa utan en upphandling måste göras. Området har starka önskemål att få inköpa apparater från samma företag då knappologin skiljer sig mellan företagen och det är många i personalen som arbetar med apparaterna. Det finns då en stark medicinsk säkerhet att man är kunnig på apparaterna. Önskemål därför att under år 2020 göra en upphandling på alla dessa apparater och med ev option. Två apparater inköps och betalas under 2020 och de andra apparaterna betalas i början på år 2021.</p>
<p><b>Datum samt underskrift av områdeschef, inkl. tel. nr:</b> <b>Kontaktperson, inkl. tel. nr:</b></p>	<p><b>Områdeschef:</b>  Iréne Hoglert <b>20 20-04-23</b> <b>Kontaktperson: Iréne Hoglert 070-600 4371</b></p>